

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΡΟΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι απαιτούμενες προδιαγραφές για την νέα οθόνη να είναι :

Διάσταση οθόνης - διαγώνιος : 22' INTΣΕΣ

Τύπος Panel : IPS – FLAT

Τύπος εισόδου : VGA(D-sub) – HDMI

Ανάλυση : 1920x1080

Αντίθεση : 1000 :1

Χρόνος Απόκρισης (GTG) : 5 ms

Ρυθμός Ανανέωσης : 60 Hz

Aspect ratio : 16:9

Εγγύηση : 2 έτη

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
της Υπόψης Τεχνικού

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΟΣ