

ΠΑΚΕΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ BOWIE & DICK

- Δείκτης ελέγχου Bowie & Dick σε μορφή έτοιμου πακέτου.
- Να είναι μιας χρήσεως, για τον έλεγχο όλων των παραμέτρων λειτουργίας του κλιβάνου (χρόνος, θερμοκρασία, υγρασία) και τον έλεγχο διεύθυνσης του ατμού. Να ανιχνεύει μικροδιαρροές, μη συμπεκνούμενα αέρια, υπέρθερμο ατμό κ.α
- Το πακέτο να έχει συρταρωτή μορφή (σπιρτόκουτο) για εύκολο άνοιγμα και μικρών διαστάσεων (10X8X3cm $\pm 10\%$) για να μην καταλαμβάνει μεγάλο χώρο κατά την αποθήκευση του.
- Εσωτερικά να αποτελείται από 350- 400 φύλλα στο ενδιάμεσο των οποίων να είναι ο δείκτης ελέγχου σε ειδικό φύλλο σήμανσης και καταγραφής των στοιχείων αποστείρωσης όπως νοσοκομείο, τμήμα, ημερομηνία , αριθμ. κλιβάνου, κύκλου αποστείρωσης κ.α.

- Ο δείκτης να είναι ελεύθερος βαρέων μετάλλων, μολύβδου, latex και φθολικών ενώσεων. Να έχει μόνιμη και ευδιάκριτη χρωματική αλλαγή η οποία να παραμένει σταθερή και αναλλοίωτη για τουλάχιστον 5 έτη.
- Να συνοδεύεται από πίνακα σφαλμάτων στα Ελληνικά και να κατατεθεί.
- Να είναι δείκτης κατηγορίας 2 (class 2), σύμφωνα με ISO 11140-4 και να φέρει πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα για την συμμόρφωση του με το πρότυπο (να κατατεθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού).
- Να κατατεθούν προς αξιολόγηση του είδους επί ποινή απόρριψης τα εξής: το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά μεταφρασμένο και στα Ελληνικά, η ζητούμενη πιστοποίηση ανεξάρτητου φορέα, ο ερμηνευτικός πίνακας σφαλμάτων, το ισχύον πιστοποιητικό ISO 13485:2016 του κατασκευαστή Αγγλικό και μεταφρασμένο στα Ελληνικά καθώς και ότι άλλο ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους.