

Τα είδη με α/α 1 έως α/α 17 αποτελούν ομάδα. «Σύστημα ασφαλούς συλλογής αίματος». Η επιλογή και κατακύρωση, σε προμηθευτή θα γίνει συνολικά για όλα τα είδη της ομάδας. Σύμφωνα με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κλινικής Χημείας από τον Οκτώβριο 2017 για την συλλογή του φλεβικού αίματος (EFLM Recommendation for venous bloodsampling v 1.1, October 2017 «Η συσκευή αιμοληψίας (βελόνα ή πεταλούδα), ο υποδοχέας, τα φιαλίδια αιμοληψίας να συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής αίματος και πρέπει τα μεμονωμένα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της αιμοληψίας να είναι του ιδίου κατασκευαστή έτσι ώστε να λογίζονται μέρος του συστήματος συλλογής αίματος. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν την πλήρη συμβατότητα μεταξύ των υλικών του συστήματος τους, ενώ η συμβατότητα των υλικών μεταξύ διαφορετικών κατασκευαστών δεν επικυρώνεται για την προοριζόμενη χρήση και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών και των υγειονομικών υπηρεσιών». Για τον λόγο αυτό επί ποινής απόρριψης δεν θα γίνουν αποδεκτές οι μεμονωμένες προσφορές των εταιρειών, παρά μόνο οι προσφορές που αφορούν στο σύνολο των υλικών.