

ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ : Προμήθεια εκτονωτή φιάλης οξυγόνου με έξοδο λήψης τύπου AFNOR για τα εξωτερικά ιατρεία.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για τη προμήθεια εκτονωτή φιάλης οξυγόνου με λήψη AFNOR να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

1. Να είναι κατάλληλος για παροχή ιατρικών αερίων σε μηχανήματα όπως οι φορητοί αναπνευστήρες και τα αναισθησιολογικά μηχανήματα των χειρουργείων.
2. Ο εκτονωτής φιάλης να φέρει έξοδο - ενσωματωμένη λήψη γαλλικού τύπου (AFNOR). Κατάλληλος για παροχή ιατρικών αερίων σε μηχανήματα όπως οι φορητοί αναπνευστήρες και τα αναισθησιολογικά μηχανήματα των χειρουργείων.
3. Να έχει προρυθμισμένη πίεση εξόδου 4 bar.
4. Να διαθέτει μανόμετρο 0-315 bar για την μέτρηση του περιεχομένου της φιάλης.
5. Να φέρει μοναδικό σειριακό αριθμό (serial number) για την σωστή ιχνηλάτιση του και ένδειξη για την περιοδική του συντήρηση.
6. Να διατίθεται για χρήση σε οξυγόνο, πρωτοξείδιο του αζώτου και πεπιεσμένο αέρα.
7. Να υποστηρίζει πίεση 200 bar, σύστημα αποτροπής ροής υψηλής πίεσης αεριού πέραν των προαναφερθέντων ορίων λειτουργίας.
8. Το μανόμετρο να είναι προστατευμένο με ελαστικό περίβλημα για αποτροπή κραδασμών στο όργανο πίεσης.
9. Να φέρει ενσωματωμένη βαλβίδα εκτόνωσης προστατευμένη από το σώμα του ρυθμιστή πίεσης για το απαραβίαστο και την αξιοπιστία.
10. Να πληροί τις ακόλουθες πιστοποιήσεις : O₂: AFNOR (French standard), BS (British standard), DIN (German standard), US OHMEDA (American standard), UNI (Italian standard), NORDIC (Scandinavian standard). Contact us for other standard. Medical AIR: AFNOR (French standard), DIN (German standard), NORDIC (Scandinavian standard). N₂O: AFNOR (French standard).
11. Να φέρει εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη.