

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μπαντούνας Γιώργος

Email: giobad@1157.syzefxis.gov.gr

Προς: Το Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν.Χ.

Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι αυτόματες συρόμενες πόρτες που θα τοποθετηθούν στο χώρο της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και στο χώρο των Τ.Ε.Π. να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Αυτόματη συρόμενη δίφυλλη πόρτα στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων με κινητά τελάρα αλουμινίου με τζάμι triplex πάχους 5mm + 5mm, για καθαρά ανοίγματα διαστάσεων: (πλάτους: 2,0 μέτρων και ύψους: 2,4 μέτρων) και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών: (πλάτους: 1,87 μέτρων και ύψους: 2,4 μέτρων). Το προφίλ αλουμινίου του τελάρου, θα πρέπει να είναι βαρέος τύπου, επώνυμης εταιρείας με αποδεικτικό σήμανσης του οίκου κατασκευής.
2. Η πόρτα προορίζεται για συνεχόμενη καθημερινή χρήση (24/7/365).
3. Τα σταθερά μέρη να είναι βαρέος τύπου (βάση, ράγα) και υψηλής αντοχής.
4. Ο μηχανισμός της πόρτας να είναι ισχυρός και να μπορεί να χειριστεί άνετα δυναμικό φορτίο ανά φύλλο τουλάχιστον 100 Kg, να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης, σε στάδια, της συχνότητας και της ταχύτητας λειτουργίας των φύλλων. Να περιλαμβάνει αισθητήρες ενεργοποίησης και ασφαλείας. Να φέρει πιστοποίηση κατά DIN 18650/ EN 16005 και έγκριση για εφαρμογή σε εξόδους διαφυγής και κινδύνου. Ο μηχανισμός να φέρει εφεδρική μπαταρία back-up, υψηλών προδιαγραφών για την αδιάλειπτη λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
5. Να υπάρχει διακόπτης- χειριστήριο διαχείρισης των λειτουργιών της πόρτας πέντε θέσεων.
6. Οι αισθητήρες κίνησης να είναι αξιόπιστοι και άριστης ποιότητας.

7. Η πόρτα να καλύπτεται από εγγύηση δύο ετών καλής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της εργασίας επισκευής, της οποίας ο χρόνος αποκατάστασης δεν θα ξεπερνά της 24 ώρες. Επίσης να υπάρχει δυνατότητα εύρεσης και επάρκειας ανταλλακτικών, όλων των επι μέρους τμημάτων της πόρτας για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών.

Ο Προϊστάμενος
της Υποδ/σης Τεχνικού

Μαχαιράς Νικόλαος