

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.

- Βιολογικοί δείκτες ταχείας ερμηνείας για κύκλους σε κλιβάνους πλάσματος.
- Τα αποτελέσματα της επώασης να παρέχονται σε 15-24 λεπτά.
- Να διαθέτει επικύρωση των αποτελεσμάτων σε κλιβάνους STERRAD.
- Για την ενεργοποίηση του βιολογικού δείκτη να μην απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός.
- Η σχεδίαση του φιαλιδίου και καπακιού να είναι χωρίς γυαλί για να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα τραυματισμού του χρήστη από σπασμένο γυαλί ή την διαρροή του υλικού επώασης στο περιβάλλον.
- Να κατατίθεται έγγραφο από ανεξάρτητο κοινοποιημένο οργανισμό ή ισοδύναμο αυτού διαπιστευμένο εργαστήριο που θα δηλώνει τα αποτελέσματα των δοκιμών του υλικού για την πιστοποίηση συμμόρφωσης με το EN ISO 11138-1.
- Να συνοδεύεται από επωαστήρα που θα διαθέτει 8-10 θέσεις επώασης και θα έχει τη δυνατότητα οπτικής και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων. Θα μπορεί να συνδεθεί και με εξωτερικό εκτυπωτή για εκτύπωση των αποτελεσμάτων και διατήρησης αρχείου. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο αυτού με την πιστή μετάφραση στα ελληνικά.