

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 3.000 Μετρήσεις για αναίμακτη μέθοδο μέτρησης της αιμοσφαιρίνης σε αισθητήρα ρυθμιζόμενο καθ' ύψος

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να διαθέτει μηχανισμό προσαρμογής του δακτύλου, προκειμένου να εφαρμόζει άριστα σε κάθε είδους δάκτυλο ανεξάρτητα από το πάχος αυτού.
2. Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να πραγματοποιείται στην τελευταία φάλαγγα του δακτύλου (προς την παλάμη), δεδομένου η αιμάτωση είναι μεγαλύτερη και η μέτρηση επιτελείται με υψηλότερη ακρίβεια.
3. Να μην υπάρχουν περιορισμοί στη λειτουργία και την αξιοπιστία του, που να αφορούν το μήκος του νυχιού, αν είναι βαμμένα ή όχι, την λιπαρότητα της επιφάνειας και της υγρασίας του δακτύλου.
4. Να διαθέτει αντίστροφο μετρητή εξετάσεων.
5. Το σύστημα να απευθύνεται σε οργανωμένα τμήματα αιμοδοσίας νοσοκομείων και όχι για οικιακή χρήση (non-home use) από ασθενείς.
6. Η αξιοπιστία του να αποδεικνύεται σε μελέτες σε Ελληνικά Τμήματα Αιμοδοσίας, αλλά και του εξωτερικού.
7. “Επί ποινή απόρριψης, ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να καταθέσει Φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο επιβεβαιώνονται οι ζητούμενες προδιαγραφές της έρευνας αγοράς με παραπομπές σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου που αντιπροσωπεύει.”
8. Το προσφερόμενο είδος να μπορεί να δειγματοπιστεί σε περίπτωση που ζητηθεί από το τμήμα.