


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ


- Να έχει δυνατότητα διόρθωσης τουλάχιστον από -20 έως +20 με συνεχή διαβάθμιση.
- Να έχει σύστημα φωτισμού LED ή ισοδύναμο με σταθερή φωτεινότητα και υψηλή απόδοση.
- Να εξασφαλίζει ευκρίνεια και σταθερότητα στην εικόνα.
- Να είναι ελαφρύ, εργονομικό, κατάλληλο για χρήση σε παιδιά και βρέφη.
- Να επιτρέπει εύκολη αλλαγή ρυθμίσεων με το ένα χέρι.
- Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Να είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά στη χρήση.
- Να πληροί τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρικής και λειτουργικής ασφάλειας για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
- Να διαθέτει σήμανση CE και να πληροί τις ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε. για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
- Ο φωτισμός να μην προκαλεί βλάβη στον αμφιβληστροειδή ή δυσφορία στο παιδί.
- Να παρέχει τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ

- Να έχει μεγεθυντική ικανότητα τουλάχιστον x3.
- Να έχει σύστημα φωτισμού LED ή ισοδύναμο με σταθερή φωτεινότητα και υψηλή απόδοση.
- Να δέχεται αναλώσιμες χοάνες του εμπορίου σε μεγέθη κατάλληλα για βρέφη και παιδιά.
- Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Να είναι ελαφρύ, εργονομικό και εύκολο στη χρήση.
- Να πληροί τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρικής και λειτουργικής ασφάλειας για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
- Να διαθέτει σήμανση CE και να πληροί τις ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε. για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
- Να παρέχει τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ