

**ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΝΕΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΔΙΠΛΗΣ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟ)**

Σετ για συνεχή νευρικό περιφερικό αποκλεισμό που να διαθέτει: πλήρως μονωμένη βελόνα με λευκή ηλεκτρική μόνωση διέγερσης μέχρι την ακμή της λοξότμησης για τον πιο ακριβή εντοπισμό του νεύρου και με ενσωματωμένο καλώδιο σύνδεσης για το νευροδιεγέρτη.

Τροποποιημένη επιφάνεια της βελόνας που να προσφέρει ενισχυμένη αντανάκλαση σε υπερηχογράφημα και άψογη ορατότητα της κορυφής της βελόνας για ακριβή έγχυση του φαρμάκου κοντά στο νεύρο.

Το σετ ακόμη πρέπει να περιλαμβάνει διαφανή καθετήρα από Polyamide, σύριγγα των 5 ml, συνδετικό καθετήρα κουμπωτό (κροκοδειλάκι) – όχι βιδωτό, αντιβακτηριδιακό διαφανές φίλτρο 0,2μm με άκρα luer-lock και σταθεροποιητικό φίλτρον.

**ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΔΙΠΛΗΣ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟ)**

Βελόνα για περιφερικό νευρικό αποκλεισμό που να διαθέτει σωλήνα έγχυσης και καλώδιο σύνδεσης με το νευροδιεγέρτη. Με λευκή ηλεκτρική μόνωση μέχρι την ακμή της λοξότμησης για ακριβή εντοπισμό του νευρικού πλέγματος. Η επιφάνεια της βελόνας να είναι τροποποιημένη ώστε να προσφέρει ενισχυμένη αντανάκλαση σε υπερηχογράφημα και τέλεια ορατότητα της κορυφής της βελόνας για ακριβή έγχυση του φαρμάκου κοντά στο νεύρο.

4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΜΚΑ : 28065701857 AM ΓΣΑΥ 76807