

Συσκευή για φυσικοθεραπεία παθήσεων της κατώτερης αναπνευστικής οδού.

- Να είναι μικρή, ελαφριά και εύχρηστη
- Να είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά
- Η χρήση της συσκευής να γίνεται από το στόμα
- Να λειτουργεί παθητικά (χωρίς τροφοδοσία από μπαταρίες ή ρεύμα)
- Να επιτυγχάνει την αποκόλληση και την αφαίρεση των βρογχικών εκκρίσεων
- Να λειτουργεί με την μέθοδο των διακυμάνσεων της θετικής εκπνευστικής πίεσης (ταλαντώσεων)
- Να είναι κατάλληλη για την θεραπεία ασθενών με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις
- Η χρήση και αποτελεσματικότητα της συσκευής να είναι ανεξάρτητη από την θέση σώματος του ασθενούς.
- Να διαθέτει ρυθμίσεις για:
 - A. Σταθεροποίηση της θετικής πίεσης εκπνοής για την διεύρυνση των αεραγωγών και
 - B. Κινητοποίηση της θετικής πίεσης εκπνοής για την απελευθέρωση των αεραγωγών από την βλέννα.
- Να διαθέτει 4 τουλάχιστον επίπεδα δυσκολίας για την κάλυψη των αναγκών όλων των ασθενών, ανεξάρτητα από την αναπνευστική τους ικανότητα.
- Να καθαρίζεται εύκολα και να κλιβανίζεται
- Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης της συσκευής συνδυαστικά με νεφελοποιητή για καλύτερη εναπόθεση των αερολυμάτων.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με οξυγόνο

ΔΙ.ΥΠΕΙΘΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θ.ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΟΥΡΑΝΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΑΜΚΑ : 10016503996 - ΑΜ ΤΣΑΥ : 86243