

ΠΡΟΣ: Γραφείο Προμηθειών

Θέμα: *Επείγουσα Προμήθεια Ελαστικών Οδηγών Διασωλήνωσης (Gum Elastic Bougie)*

Τμήμα: Αναισθησιολογικό

Ημερομηνία: 1 / 04 / 2026

1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Κλασικός Bougie)

Υλικό Κατασκευής

- Εύκαμπτο πολυμερές υψηλής αντοχής
- Ατραυματική, στρογγυλεμένη άκρη για ελαχιστοποίηση τραυματισμού.
- Κεκαμμένο άκρο που να φέρει οπή (προαιρετικό)

Διαστάσεις

- Μήκος: 70 cm.
- 14Fr (46mm)
- Βαθμονόμηση ανά 10 cm για ακριβή έλεγχο βάθους.
- Υψηλή ευκαμψία με επαρκή ακαμψία για προώθηση ενδοτραχειακού σωλήνα.
- Αντοχή σε κάμψη χωρίς μόνιμη παραμόρφωση.
- Μη αγωγίμο υλικό, κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον με ηλεκτροχειρουργικές συσκευές.

Συσκευασία – Αποστείρωση

- Αποστειρωμένο προϊόν, συσκευασία μιας χρήσης.
- Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Συμβατότητα

- Κατάλληλος για ενδοτραχειακούς σωλήνες ενηλίκων (6.0–8.5 mm).
- Συμβατός με όλα τα είδη λαρυγγοσκοπίων.

3. Προδιαγραφές Προμήθειας

Το υλικό πρέπει να πληροί τα εξής:

- Να είναι **κλασικός gum elastic bougie** (χωρίς αυλό οξυγόνωσης).
- Να διαθέτει **ατραυματική άκρη και βαθμονόμηση**.
- Να είναι **αποστειρωμένο, μιας χρήσης, με σήμανση CE**.
- Μήκος ≥ 60 cm, διάμετρος 5–6 mm.
- Να συνοδεύεται από **δήλωση συμμόρφωσης** του κατασκευαστή.

- Να είναι κατάλληλο για χρήση σε διασωλήνωση δύσκολου αεραγωγού.
- Με προσκόμιση δείγματος από τον προμηθευτή

Αιτιολόγηση Επείγοντος Αιτήματος

Η προμήθεια του υλικού κρίνεται **κατεπείγουσα** για τους ακόλουθους λόγους:

1. Ο bougie αποτελεί **βασικό εργαλείο πρώτης γραμμής** στη διαχείριση δύσκολου αεραγωγού, σύμφωνα με διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.
2. Η έλλειψή του αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο **αποτυχίας διασωλήνωσης**, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως υποξία ή καρδιοαναπνευστική ανακοπή.
3. Το υλικό είναι **αναλώσιμο** και απαιτείται σε **κάθε εφημερία** των ΤΕΠ, ΜΕΘ και Χειρουργείων.
4. Η τρέχουσα διαθεσιμότητα στο νοσοκομείο είναι **ανεπαρκής** για την κάλυψη των άμεσων αναγκών.
5. Η απουσία του δημιουργεί **κενό ασφάλειας** σε επείγοντα περιστατικά όπου η διασωλήνωση πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα.

Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε για την **άμεση έγκριση και διεκπεραίωση** της προμήθειας.

Υπογραφές

Ο/Η Αιτών/ούσα Ιατρός

ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 Διευθυντής Γραφείου Αναισθησιολογικού Τμήματος
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 ΑΜ: 75807 ΑΜΚΑ: 28065701857

**Ο προϊστάμενος Αναισθησιολογικού
 Τμήματος**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

για το
 Γραφείο Προμηθειών Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής
