

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στηρίγμα τραχειοστομίας να είναι κατασκευασμένο από ειδικό αφρό ώστε να περιβάλλει το δέρμα από ένα φιλικό και μη υφασμένο υφασμα. Να είναι άνετο μαλακό υλικό για ευκόλη και άνετη τοποθέτηση. Το κορδόνι να είναι παχούς περίπου 4mm και 2,5cm πλάτος ,μήκος 24cm. Να επιτρέπει την ταχεία προσαρμογή στο επιθυμητό μέγεθος του λαιμού με την βοήθεια VELCRO (2-κομματι,ρυθμιζόμενο) και επίσης να είναι χρώμα λευκό.