

Προδιαγραφές : Πλήρες αναπνευστικό κύκλωμα ενηλίκων

Να είναι μιας χρήσεως για τους αναπνευστήρες Oxylog 3000 Draeger χωρίς latex (υποαλλεργικό), με σωλήνα αναπνοής 1,5 m με ενσωματωμένη βαλβίδα εκπνοής και αισθητήρα ροής καθώς και με γραμμές μέτρησης ροής . Επιπλέον να περιλαμβάνει γωνιώδες συνδετικό διπλής περιστροφής (double swivel).

Το κύκλωμα να είναι πιστοποιημένα συμβατό από τον οίκο κατασκευής του αναπνευστήρα.

Το κύκλωμα να είναι: Κατάλληλο για όγκους 100 – 2000 ml.

Κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους ώστε να μη χρειάζεται αποστείρωση μετά την κατασκευή του, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14644-1

Χαμηλής αντίστασης μικρότερης των 7 mbar (εισπνοή) και 6 mbar (εκπνοή) , στα 60 L/min

Χαμηλής ενδοτικότητας μικρότερης των 1 ml/mbar στα 60 mbar

Χαμηλής διαρροής μικρότερης των 50ml/min στα 60mbar.