

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1. Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και να είναι MAT.
2. Το όλο φινιρίσμα και ιδίως στο εσωτερικό των σιαγόνων των εργαλείων και στις αρθρώσεις να είναι άριστο. Τα κοπτικά άκρα των ψαλιδιών να είναι αποτελεσματικά σε όλο το μήκος των σιαγόνων.
3. Τα εργαλεία να φέρουν:
 - Κωδικό εργοστασίου αντίστοιχο με του καταλόγου εργαλείων του ίδιου εργοστασίου.
 - Το εργοστάσιο κατασκευής.
 - Την επωνυμία της προσφέρουσας εταιρείας
 - CE MARK & DATA Matrix
4. Να υπάρχει ακριβής συμφωνία των μεγεθών μεταξύ των αιτούμενων ειδών με τα προσφερόμενα. Η όποια διαφορά θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού της προσφοράς.
5. Απαγορεύεται η προσφορά εργαλείων συγκεντρωτικών οίκων ή οίκου relabel. Επιτρέπεται μόνον του εκάστοτε εργοστασίου κατασκευής.
6. Να κατατεθούν τα εξής πιστοποιητικά επίσημα επικυρωμένα :
 - Ανάλυση κράματος μετάλλου από τον κατασκευαστικό οίκο.
 - Του κατασκευαστικού οίκου ISO 13485 και CE MARK και των εργαλείων
 - Της προμηθεύτριας εταιρίας ISO 9001:2016, ISO 14001, ISO 37001:2017 ISO 45001, ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Data security, ISO 13485:15 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και ISO 27701:2019 «Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας». Επίσης, να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.
 - Η προμηθεύτρια εταιρία να καταθέσει αποδεικτικά ότι έχει καταβάλλει το τελευταίο «ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3370/2005, άρθρο 48, παράγραφος 3 (ΦΕΚ 176Α/11-07- 05). Αποδεικτικά αποτελούν: 1) η «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ» του τελευταίου έτους και 2) το σχετικό υποβληθέν ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ ΕΟΦ.
7. Να κατατεθούν με την προσφορά αντιπροσωπευτικά δείγματα, αν αυτό απαιτείται, τα οποία κάποια εξ' αυτών θα αποστειρωθούν στον κλίβανο ατμού για αν διαπιστωθεί η αντοχή τους τα οποία στην συνέχεια θα επιστραφούν μετά την αξιολόγησή τους.
8. Να υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτησης των εργαλείων με data Matrix (barcode) ..
9. Να υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας των εργαλείων για δέκα (10) έτη. Απαραίτητα να υπάρχει βεβαίωση εγγύησης από τον Κατασκευαστικό οίκο.
10. Προσφορές ελλειπείς που δεν περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω, που δεν περιλαμβάνουν όλα ζητούμενα είδη ή προσφορές ασαφείς ως προς την αντιστοιχία των προσφερόμενων ειδών με τα ζητούμενα θα απορρίπτονται .
11. Να προσφερθούν σύμφωνα με τα παραπάνω:
 - A. Χειρουργικό ψαλίδι αμβλύ/αμβλύ, ευθύ, μήκους 20,5cm, 3 τεμάχια.
 - B. Ψαλίδι Sims γυναικολογικό, αμβλύ/αμβλύ, ευθύ, μήκους 20cm, 3 τεμάχια.
 - Γ. Ψαλίδι Wertheim, αμβλύ/αμβλύ, κυρτό, μήκους 20cm, 3 τεμάχια.
 - Δ. Ανατομικό ψαλίδι Metzenbaum, ευθύ, μήκους 20,5cm, 3 τεμάχια.
 - Ε. Ανατομικό ψαλίδι Metzenbaum, κυρτό, μήκους 20,5cm, 3 τεμάχια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΜΚΑ ΣΥΜΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ