

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ VACUSIL- 2HV

Να συνδέεται απευθείας στις λήψεις κενού του Νοσοκομείου με τον αντίστοιχο ταχυσύνδεσμο ο οποίος αποκλείει την τοποθέτησή του σε λήψη άλλου αερίου πέραν αυτής του κενού. (να προσαρμόζεται στις επιτοίχιες πρίζες κενού του νοσοκομείου) .

Να διαθέτει πιεστικό ταχυδιακόπτη που να αναγράφει τις ενδείξεις on-off, με χρωματική κωδικοποίηση (μπλε χρώμα) και να εξασφαλίζεται η άμεση χρήση προρυθμισμένου ύψους κενού και ταχεία διακοπή της διαδικασίας αναρρόφησης.

Να διαθέτει μεγάλο και εύχρηστο περιστροφικό κομβίο συνεχούς ρύθμισης του επιθυμητού ύψους κενού από 0-760mmHg (0-100kPa). 0-600mbar

Να διαθέτει μανόμετρο κενού, ευκρινούς κλίμακας 0-760mmHg (0-100kPa) με διαβάθμιση ανά 25 mmHg και προστατευτικό περίβλημα.

Να διαθέτει έξοδο όπου να είναι εφικτή η σύνδεση ανεξάρτητου δοχείου υπερχειλίστης για την προστασία του.

Να μπορεί να δεχθεί υπό πίεση έως 760mmHg mbar και να επιτύχει αναρρόφηση 90 lit /min

Να αναγράφει στοιχεία κατασκευαστή, τύπο συσκευής, σήμανση CE, κωδικό φορέα πιστοποίησης (ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης IIa) και στοιχεία ιχνυλασιμότητας (serial number ή part number).

Να διαθέτει βαλβίδα προστασίας από υπερχειλίση τύπου πλωτήρα η οποία να είναι αποσπώμενη και να βρίσκεται στο κάτω μέρος του ρυθμιστή.

Εκτός της βαλβίδας ρύθμισης να διαθέτει και διακόπτη ON/OFF για γρήγορο κλείσιμο.

Η έξοδος του ρυθμιστή που συνδέεται με την φιάλη συλλογής να καταλήγει σε "ρουξούνι" για να προσαρμόζεται ελαστικό σωληνάκι εσωτερικής διαμέτρου 8 mm.

Το ροόμετρο να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE 0051

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΑΡΙΤΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΡΑΓΚΗΝΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΟΥΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΣΤΑΝ : 86243