

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ

Να είναι έτοιμο προς χρήση. Να συνδέεται με τη μονάδα επεξεργασίας εικόνας του εργοστασίου. Να διαθέτει μεγάλο οπτικό πεδίο- γωνία απεικόνισης 120° και βάθος απεικόνισης 0,5-120mm. Το εύρος γωνίωσης/ κάμψης του άκρου να είναι $+220^\circ$ και να έχει δυνατότητα κλειδώματος. Να έχει κανάλι εργασίας 6,6FR και μήκος εργασίας 38cm. Πρόσθετα να διαθέτει 1:1 περιστροφή, υψηλή διακριτική ικανότητα και ανάλυση εικόνας 160.000pixels. Να είναι σχεδιασμένο με διπλά LED για αυξημένης έντασης και ομοιόμορφη φωτεινότητα. Να φέρει υποδοχή για πλύσεις και εισαγωγή των ουρολογικών εργαλείων και ειδικό ανεξάρτητο κουμπί για αναρρόφηση.

Να διαθέτει τεχνολογία παθητικής κάμψης του άκρου του και μοναδικά χαρακτηριστικά όπως η περιστροφή του άκρου της χειρολαβής για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες και για περιορισμό στην κόπωση του χρήστη. Επιπρόσθετα να διαθέτει και περιστροφή κατά $+60^\circ$ του στελέχους και άκρου του κυστεοσκοπίου για μεγαλύτερη ακρίβεια θέασης (τυφλά σημεία) και εργονομία κατά τη χρήση. Το κυστεοσκόπιο να μην διαθέτει χρονικό περιορισμό στη χρήση του.

4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΤΣΕΒ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΑΜΚΑ: 17107800793 ΑΜΤΣΑ: 129324