ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΠ

Πολύγυρος 16 – 11 - 2026

Τεχνικές Προδιαγραφές

σετ περικαρδιοκεντησης για το τμήμα επειγόντων (ΤΕΠ)

Οι προδιαγραφές είναι συνταγμένες με τρόπο που να εξασφαλίζει την ποιότητα (μέθοδος Seldinger) αλλά και την ευρύτητα συμμετοχής

Περιγραφή είδους: Σετ παρακέντησης και παροχέτευσης περικαρδίου (Σετ Περικαρδιοκέντησης), αποστειρωμένο, μιας χρήσης.

- **Καθετήρας Παροχέτευσης:** Τύπου High-Flow Pigtail (κυκλικό άκρο για την αποφυγή τραυματισμού του μυοκαρδίου), μεγέθους 8.3 Fr έως 9 Fr, με πολλαπλές πλάγιες οπές παροχέτευσης και ακτινοσκιερή σήμανση για επιβεβαίωση της θέσης του.
- **Οδηγό Σύρμα:** Διαμέτρου 0.035" ή 0.038", μήκους τουλάχιστον 80cm, με εύκαμπτο άκρο σχήματος J (J-tip) και επικάλυψη (PTFE) για ομαλή προώθηση.
- **Βελόνα Εισαγωγής:** Διαμέτρου 18G, μήκους τουλάχιστον 9cm έως 15cm, με ειδική σχεδίαση (Echogenic) για βέλτιστη ορατότητα υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.
- **Παρελκόμενα Σετ (Tray):** Να περιλαμβάνει απαραίτητα:
  - Κατάλληλο διαστολέα ιστών (Dilator) συμβατό με τον καθετήρα.
  - Τρίοδη στρόφιγγα (Stopcock) υψηλών πιέσεων.
  - Σύριγγες διαφόρων μεγεθών (π.χ. 6ml, 12ml).
  - Σάκο συλλογής υγρών χωρητικότητας τουλάχιστον 1.000cc με βαλβίδα αποστράγγισης (βρυσάκι).
  - Καλώδιο σύνδεσης ΗΚΓ (προαιρετικό/επιθυμητό για παρακολούθηση ST κατά την εισαγωγή).

Ο Ιατρός Καρδιολόγος

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ