

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΡΟΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η αναρρόφηση για χρήση στην παιδιατρική κλινική θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Η αναρρόφηση θα πρέπει να είναι χαμηλού κενού.
- Η σύνδεσή της αναρρόφησης γίνεται μεσω ταχυσυνδέσμου τύπου FRO - EN 737-6 με την κονσόλα.
- Να είναι για επιτοίχια τοποθέτηση στην κονσόλα επάνω από το κρεβάτι του ασθενή.
- Να φέρει εύχρηστο περιστροφικό ρυθμιστή του επιθυμητού ύψους κενού από 0-150mmHg(0-20kPa).
- Να διαθέτει μανόμετρο κενού, ευκρινούς κλίμακας 0-150mmHg(0-20kPa) με βήμα διαβάθμισης ανά 25mmHg.
- Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με ανεξάρτητο δοχείο υπερχειλίσης .
- Να συνοδεύεται με δοχείο συλλογής
- Να μπορεί να δεχτεί υποπίεση έως 150mmHg mbar και να επιτύχει μέγιστη αναρρόφηση 90lit/min.
- Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν, στοιχεία κατασκευαστικού οίκου – serial number.
- Οι διαστάσεις να είναι μέχρι 250x90x90mm.
- Βάρος το πολύ 400gr.
- Η αναρρόφηση να καλύπτεται με τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύησης και να συνοδεύεται από έντυπο εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
της Υπόμενης Τεχνικού

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ